

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации

" " 20 г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС
потребителя: _____

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. **Нижние Серги, ул. Коммунистическая, дом 1**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в
эксплуатацию

с "10" декабря 2012 г. по "26" июня 2016 г. в следующем составе
оборудования, и пломбируется:

Тип прибора	Заводско й номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
Теплосчетчик Эльф в составе:					
1. Вычислитель Эльф-01	48033312	23.10.2012	23.10.2016	0	пломба имеется
2. Расходомер Взлет ЭРСВ-420Л Ду50	1211474	26.07.2012	26.07.2016	0	пломба имеется
3. Расходомер Взлет ЭРСВ-420Л Ду50	1226089	24.08.2012	24.08.2016	0	пломба имеется
Термопреобразова тели КТСП-Н	34427	24.09.2012	24.09.2016	0	пломба имеется

Представитель энергоснабжающей организации

Исполн. МУП "Тепловые сети г.Н.Серги" Орловых С.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

Ответственный представитель потребителя

Ивановичи угасяна ООО "Жил-Сервис" в в. Павлов

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись